

社会福祉法人あそか会あそか病院
高周波手術装置 仕様書

社会福祉法人あそか会

1. 調達物品及び構成内容

品名： アムコ V I O 3 0 0 S ベーシックソフトモデル 一式

構成：①	V I O 3 0 0 S 本体 (E12-1158)	1 台
②	V I O 3 0 0 S / 2 0 0 S 用架台 (699-0001)	1 台
③	V I O 2 ペダルフットスイッチ (20189-302)	1 台
④	V I O 1 ペダルフットスイッチ (20188-300)	1 台
⑤	消耗品 スリムラインハンドスイッチ 2 ボタン型 (20190-066)	1 本
	灌流付電極シャフト 85 mm 長 (690-0005)	1 本
	ディスプレイダブル ボールタイプ (690-0021)	5 箱
	イリケーションアダプターチューブ (665-8000)	1 0 箱

以上の物品における搬入、据付、配線、配管、調整及び当院システムとの接続等を本入札に含むこと。

2. その他必要条件

2-1 障害支援体制

2-1-1 修理、メンテナンスは国内での対応が可能であること。

2-2 設置条件

2-2-1 稼働させるのに必要な搬入、据付、配線、調整を行うこと。

2-2-3 所定の位置に無理なく設置できること。

2-3 その他

2-3-1 日本語の操作マニュアルを提供すること。

2-3-2 装置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。

2-3-3 品質保証期間を納品後 1 ヶ年とすること。

3. 納期

納期は平成 2 9 年 7 月 3 1 日とする。

4. その他

装置の取扱については、当院の職員に対して教育訓練を行うこと。