

社会福祉法人あそか会 あそか病院
バイオハザード対策用キャビネット一式
仕様書

社会福祉法人あそか会

1. 調達物品

品名： 株式会社湯山製作所

「バイオハザード対策用キャビネット YS-B-A200Ⅱ-B2」一式

2. 技術的要件

- 2-1 本件の概要に関し、以下の要件を満たすこと。
- 2-1-1 外形寸法は、幅 1,115×奥行 852×高さ 2,260 mm相当であること。
(外部排気ダクト、風量ダンパーを含まず)
- 2-1-2 作業庫内寸法は、幅 970×奥行 623×高さ 715 mm相当であること。
- 2-1-3 100%室外排気タイプであること。
- 2-1-4 前面シャッターは、無理のない姿勢で作業ができる傾斜つきタイプであること。
- 2-1-5 前面吸込み口を塞ぐことがない工夫が施されたアームレストを有すること。
- 2-1-6 庫内給気口には、捕集効率 99.999% (0.1 μm) 以上のULPAフィルターを装備していること。(排気口はHEPAフィルター)
- 2-1-7 庫内清浄空気の気流は、垂直層流型であること。清浄度は、ISOクラス3以上であること。
- 2-1-8 庫内ワークエリアの吸入部は、手前及び奥部に分散して吸込む方式であること。
- 2-1-9 ワークエリアの内装は、オールステンレス (SUS304) であること。また、角は折り曲げR仕上げであること。
- 2-1-10 防滴型内部コンセント (100W・単相) を2口以上装備すること。
- 2-1-11 蛍光灯 (40W×2本以上) を有し、交換が容易であること。また、作業面照度は1,200Lux以上であること。
- 2-1-12 UVランプ (15W×2本以上) を有し、前面シャッターが全閉のときのみ点灯する安全設計が施されていること。また、点灯時間を任意に設定できるタイマー機能を有すること。
- 2-1-13 リアルタイムで吹出し速度、排気風量を数値にて表示できる機能を有すること。安全範囲を超えた場合は警告音が鳴り、機器本体のファンが停止すること。
- 2-1-14 通常運転時、前面ガラスシャッターの最適開口位置以外の時にはアラームが鳴り、照明灯自動消灯するなどの警告機能を有すること。
- 2-1-15 前面ガラスシャッターは、強化ガラス6tを使用し、飛散防止フィルムが貼られていること。
- 2-1-16 外装は抗菌塗装使用であること。
- 2-1-17 メンテナンスは全て前面パネルより行えること。
- 2-1-18 ファン稼働積算時間、殺菌灯点灯積算時間を表示できること。
- 2-1-19 薬瓶等を吊下げるための吊下げバー及びS字フックを有すること。
- 2-1-20 設備側排気ファンとの連動端子を有すること。
- 2-1-21 米国NSF49規格の準拠品以上であること。

3. その他必要条件

- 3-1 調達物品の搬入に要する養生及び据付け、稼働のための調達等を行うこと。
- 3-2 搬入時は器物の取扱いに注意し、事故または過失等により損傷した場合はそれを補償すること。
- 3-3 物品設置の際に点検・調整及び試験運転を行い、担当者に十分に説明の上引き渡すこと。
- 3-4 取扱説明書は、日本語版を1部提供すること。
- 3-5 入札機器は、基本的機能を損なわない様、必要な物品を備えること。
- 3-6 入札時点で薬事法に定められている製造承認を得ている物品であること。

4. 納期

納期は平成30年12月31日とする。

以 上